

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60268-10

Deuxième édition
Second edition
1991-03

Equipements pour systèmes électroacoustiques

Partie 10:

Appareils de mesure des crêtes de modulation

Sound system equipment

Part 10:

Peak programme level meters



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60268-10: 1991

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60268-10

Deuxième édition
Second edition
1991-03

Equipements pour systèmes électroacoustiques

Partie 10:

Appareils de mesure des crêtes de modulation

Sound system equipment

Part 10:

Peak programme level meters

© IEC 1991 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

V

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	8
INTRODUCTION	10

Articles

SECTION 1 - GENERALITES

1.1	Domaine d'application	12
1.2	Références normatives	12

SECTION 2 - CONDITIONS POUR LES SPECIFICATIONS ET LES MESURES

2.1	Conditions	14
2.1.1	Conditions générales	14
2.1.2	Conditions nominales et conditions normales pour les essais	14
2.2	Description des appareils de mesure des crêtes de modulation ..	14

SECTION 3 - CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE MESURE DES CRETES DE MODULATION

3.1	Indication de référence	16
3.2	Tension d'entrée de référence et niveau d'entrée de référence.	18
3.3	Graduation de l'échelle	18
3.4	Réponse amplitude-fréquence	18
3.5	Réponse dynamique	18
3.6	Réponse à une impulsion	20
3.7	Linéarité dynamique dans le domaine de mesure	20
3.8	Réponse dynamique en dessous du point d'étalonnage minimal ..	20
3.9	Temps de réponse	20
3.10	Temps d'intégration	20
3.11	Dépassement	22
3.12	Temps de retour	22
3.13	Erreur de réversibilité	22
3.14	Impédance d'entrée	24
3.15	Distorsion introduite par l'appareil de mesure des crêtes de modulation	24
3.16	Gamme de températures	24
3.17	Caractéristique de surcharge	24
3.18	Niveau d'entrée maximal	24
3.19	Gamme de tensions d'alimentation	26

CONTENTS

	Page
FOREWORD	9
INTRODUCTION	11

Clause

SECTION 1 - GENERAL

1.1 Scope	13
1.2 Normative references	13

SECTION 2 - CONDITIONS FOR SPECIFICATION AND MEASUREMENT

2.1 Conditions	15
2.1.1 General conditions	15
2.1.2 Rated conditions and standard test conditions	15
2.2 Description of peak programme level meters	15

SECTION 3 - CHARACTERISTICS OF PEAK PROGRAMME
LEVEL METERS

3.1 Reference indication	17
3.2 Reference input voltage and reference input level	19
3.3 Division of the scale	19
3.4 Amplitude-frequency response	19
3.5 Dynamic response	19
3.6 Pulse response	21
3.7 Dynamic linearity within scale range	21
3.8 Dynamic response below minimum calibration point	21
3.9 Delay time	21
3.10 Integration time	21
3.11 Overswing	23
3.12 Return time	23
3.13 Reversibility error	23
3.14 Input impedance	25
3.15 Distortion introduced by the peak programme level meter	25
3.16 Temperature range	25
3.17 Overload characteristic	25
3.18 Maximum input level	25
3.19 Supply voltage range	27

Articles

Pages

SECTION 4 - APPAREILS DE MESURE DES CRETES
DE MODULATION DE TYPE I

4.1	Indication de référence	26
4.2	Tension d'entrée de référence et niveau d'entrée de référence.	26
4.3	Graduation de l'échelle	26
4.4	Réponse amplitude-fréquence	28
4.5	Réponse dynamique	28
4.6	Temps d'intégration	28
4.7	Dépassement	30
4.8	Temps de retour	30
4.9	Erreur de réversibilité	30
4.10	Impédance d'entrée	30
4.11	Distorsion introduite par l'appareil de mesure des crêtes de modulation	30
4.12	Gamme de températures	32
4.13	Caractéristique de surcharge	32
4.14	Niveau d'entrée maximal	32
4.15	Gamme de tensions d'alimentation	32

SECTION 5 - APPAREILS DE MESURE DES CRETES
DE MODULATION DE TYPE II

5.1	Généralités	34
5.2	Indication de référence	34
5.3	Tension d'entrée de référence	34
5.4	Appareil indicateur	36
5.5	Réponse amplitude-fréquence	38
5.6	Réponse dynamique	38
5.7	Réponse à une impulsion (mode normal)	40
5.8	Linéarité dynamique dans le domaine de mesure (mode normal) .	42
5.9	Réponse dynamique au-dessous du point d'étalonnage minimal (mode normal)	42
5.10	Temps de réponse (mode normal)	42
5.11	Temps d'intégration	44
5.12	Dépassement	44
5.13	Temps de retour	44
5.14	Erreur de réversibilité	44
5.15	Impédance d'entrée	46
5.16	Distorsion introduite par l'appareil de mesure des crêtes de modulation	46
5.17	Gamme de températures	46
5.18	Caractéristique de surcharge (mode normal)	48
5.19	Niveau d'entrée maximal	48
5.20	Gamme de tensions d'alimentation	48

SECTION 4 - PEAK PROGRAMME LEVEL METERS, TYPE I

4.1	Reference indication	27
4.2	Reference input voltage and reference input level	27
4.3	Division of the scale	27
4.4	Amplitude-frequency response	29
4.5	Dynamic response	29
4.6	Integration time	29
4.7	Overswing	31
4.8	Return time	31
4.9	Reversibility error	31
4.10	Input impedance	31
4.11	Distortion introduced by the peak programme level meter	31
4.12	Temperature range	33
4.13	Overload characteristic	33
4.14	Maximum input level	33
4.15	Supply voltage range	33

SECTION 5 - PEAK PROGRAMME LEVEL METERS, TYPE II

5.1	General	35
5.2	Reference indication	35
5.3	Reference input voltage	35
5.4	Indicating instrument	37
5.5	Amplitude-frequency response	39
5.6	Dynamic response	39
5.7	Pulse response (normal mode)	41
5.8	Dynamic linearity within scale range (normal mode)	43
5.9	Dynamic response below minimum calibration point (normal mode)	43
5.10	Delay time (normal mode)	43
5.11	Integration time	45
5.12	Overswing	45
5.13	Return time	45
5.14	Reversibility error	45
5.15	Input impedance	47
5.16	Distortion introduced by the peak programme level meter	47
5.17	Temperature range	47
5.18	Overload characteristic (normal mode)	49
5.19	Maximum input level	49
5.20	Supply voltage range	49

Articles

Pages

SECTION 6 - APPAREILS DE MESURE DES CRETES DE MODULATION
A AFFICHAGE PAR INCREMENTATION

6.1	Généralités	48
6.2	Nombre d'éléments discrets par afficheur	50
6.3	Résolution de l'afficheur	50
6.4	Indication des niveaux	50
6.5	Caractéristiques optiques des afficheurs	50
6.6	Fonctionnement au-dessus de l'indication de référence	52
6.7	Afficheurs utilisant la technique du multiplexage	52
6.8	Temps de commutation des éléments	52

SECTION 7 - APPAREILS DE MESURE DES CRETES DE MODULATION
PAR INCREMENTATION POUR LES APPLICATIONS SECONDAIRES
ET GRAND PUBLIC

7.1	Généralités	52
7.2	Indication de référence	52
7.3	Nombre d'éléments discrets par afficheur	54
7.4	Résolution de l'afficheur	54
7.5	Réponse amplitude-fréquence	54
7.6	Temps d'intégration	54
7.7	Temps de retour	54
7.8	Erreur de réversibilité	56

SECTION 8 - CLASSIFICATION DES CARACTERISTIQUES A SPECIFIER

8.1	Introduction	56
8.2	Classification	56
Figures		58
Annexes		
A (normative)	- Fonctionnement en mode lent	60
B (informative)	- Détails sur les caractéristiques recommandées de l'indicateur	62

SECTION 6 - PEAK PROGRAMME LEVEL METERS HAVING INCREMENTAL DISPLAY

6.1	General	49
6.2	Number of discrete elements in the display	51
6.3	Display resolution	51
6.4	Indication of levels	51
6.5	Optical characteristics of displays	51
6.6	Operation above reference indication	53
6.7	Displays using multiplex technique	53
6.8	Rate of element-switching (switch-on - switch-off times)	53

SECTION 7 - INCREMENTAL PEAK PROGRAMME LEVEL METERS FOR SECONDARY AND CONSUMER APPLICATIONS

7.1	General	53
7.2	Reference indication	53
7.3	Number of discrete elements in the display	55
7.4	Display resolution	55
7.5	Amplitude-frequency response	55
7.6	Integration time	55
7.7	Return time	55
7.8	Reversibility error	57

SECTION 8 - CLASSIFICATION FOR THE CHARACTERISTICS TO BE SPECIFIED

8.1	Introduction	57
8.2	Classification	57
Figures		58
Annexes		
A (normative)	- Slow mode of operation	61
B (informative)	- Details of preferred indicating instrument	63

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EQUIPEMENTS POUR SYSTEMES ELECTROACOUSTIQUES

Partie 10: Appareils de mesure des crêtes de modulation

AVANT-PROPOS

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La présente partie de la Norme internationale CEI 268 a été établie par le Comité d'Etudes n° 84: Equipements et systèmes dans le domaine des techniques audio, vidéo et audiovisuelles.

Cette deuxième édition remplace la première édition de la CEI 268-10 (1976) et son complément 268-10A (1978).

Le texte de cette partie est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapports de vote
84(BC)64 84(BC)88	84(BC)86 84(BC)105

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de la présente partie de la CEI 268. L'annexe B est pour information.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOUND SYSTEM EQUIPMENT

Part 10: Peak programme level meters

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

This part of the International Standard IEC 268 has been prepared by Technical Committee No. 84: Equipment and systems in the field of audio, video and audiovisual engineering.

This second edition replaces the first edition of IEC 268-10 (1976) and its supplement 268-10A (1978).

The text of this part is based on the following documents:

Six Months' Rule	Reports on Voting
84(C0)64 84(C0)88	84(C0)86 84(C0)105

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this part of IEC 268. Annex B is for information only.

INTRODUCTION

Le but de cette partie de la CEI 268 est de donner des normes relatives aux caractéristiques à spécifier, aux méthodes de mesure applicables et, dans certains cas, aux exigences pour:

- les appareils de mesure des crêtes de modulation en général (section 3);
- les appareils de mesure des crêtes de modulation de type I (section 4);
- les appareils de mesure des crêtes de modulation de type II (section 5);
- les appareils de mesure des crêtes de modulation à affichage par incrémentation (section 6);
- les appareils de mesure des crêtes de modulation par incrémentation pour les applications secondaires et grand public (section 7).

D'une manière générale, les méthodes de mesure recommandées sont celles qui sont directement liées aux définitions. Cela n'exclut pas l'utilisation d'autres méthodes si l'on peut montrer qu'elles donnent des résultats équivalents.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60268-10:1991

INTRODUCTION

The purpose of this part of IEC 268 is to standardize the characteristics to be specified, the relevant methods of measurement and performance requirements (in some cases) for:

- peak programme level meters, in general (Section 3);
- peak programme level meters, type I (Section 4);
- peak programme level meters, type II (Section 5);
- peak programme level meters having incremental displays (Section 6);
- peak programme level meters having incremental displays, for secondary and household applications (Section 7).

In general, the methods of measurement recommended are those which are directly related to the definitions. This does not exclude the use of other methods which can be shown to give equivalent results.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60268-10:1997

EQUIPEMENTS POUR SYSTEMES ELECTROACOUSTIQUES

Partie 10: Appareils de mesure des crêtes de modulation

SECTION 1 - GENERALITES

1.1 Domaine d'application

La présente partie 10 de la Norme internationale CEI 268 s'applique aux appareils de mesure des crêtes de modulation en audio-fréquence, utilisés en radiodiffusion, en sonorisation, en enregistrement sonore et dans le domaine du grand public.

Cette norme ne s'applique pas aux "Indicateurs de volume normalisés", qui font l'objet de la CEI 268-17.

1.2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 268. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 268 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

1.2.1 Normes CEI

65: 1985, *Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage général analogue, reliés à un réseau.*

268-1: 1985, *Equipements pour systèmes électroacoustiques - Première partie: Généralités.*

268-2: 1987, *Equipements pour systèmes électroacoustiques - Deuxième partie: Définitions des termes généraux et méthodes de calcul.*

268-3: 1988, *Equipements pour systèmes électroacoustiques - Troisième partie: Amplificateurs.*

268-17: 1990, *Equipements pour systèmes électroacoustiques - Dix-septième partie: Indicateurs de volume normalisés.*

1.2.2 Autres normes

Recommandation 661 de la CMTT: *Signaux pour le réglage des communications radiophoniques internationales.*

Recommandation J.15 du CCITT: *Réglage et surveillance d'une communication radiophonique internationale.*

Recommandation N.15 du CCITT: *Puissance maximale autorisée pour les transmissions radiophoniques internationales.*

Rapport 292-6 du CCIR: *Mesure des niveaux de modulation en radiodiffusion sonore.*

SOUND SYSTEM EQUIPMENT

Part 10: Peak programme level meters

SECTION 1 - GENERAL

1.1 Scope

This part of IEC 268 applies to audio-frequency peak programme level meters, for use in equipment for broadcasting, sound reinforcement, sound recording and household entertainment.

This standard does not apply to "Standard volume indicators" which is dealt with in IEC 268-17.

1.2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 268. At the time of publication, the editions indicated were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 268 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

1.2.1 IEC standards

65: 1985, *Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use.*

268-1: 1985, *Sound system equipment - Part 1: General.*

268-2: 1987, *Sound system equipment - Part 2: Explanation of general terms and calculation methods.*

268-3: 1988, *Sound system equipment - Part 3: Amplifiers.*

268-17: 1990, *Sound system equipment - Part 17: Standard volume indicators.*

1.2.2 Other standards

CMTT Recommendation 661: *Signals for the alignment of international sound-programme connections.*

CCITT Recommendation J.15: *Lining-up and monitoring and international sound-programme connection.*

CCITT Recommendation N.15: *Maximum permissible power during an international sound-programme transmission.*

CCIR Report 292-6: *Measurement of programme level in sound broadcasting.*

SECTION 2 - CONDITIONS POUR LES SPECIFICATIONS ET LES MESURES

2.1 Conditions

2.1.1 Conditions générales

On doit faire référence à la CEI 268-1 en ce qui concerne:

- les unités et le système de mesure;
- les fréquences de mesure;
- les valeurs à spécifier et leur précision;
- le marquage et les symboles pour le marquage;
- les filtres, les réseaux et les appareils de mesure pour spécifier et mesurer le bruit;
- les conditions ambiantes;
- les spécifications individuelles et les spécifications de types;
- la représentation graphique;
- la méthode de production d'un champ magnétique alternatif uniforme;
- la bobine exploratrice pour la mesure de l'intensité du champ magnétique;
- les échelles pour la représentation graphique;
- pour les règles de sécurité, on doit faire référence à la CEI 65 ou à une autre norme de sécurité de la CEI.

2.1.2 Conditions nominales et conditions normales pour les essais

Il convient de se référer aux CEI 268-2 et 268-3, en ce qui concerne:

- les valeurs nominales;
- les conditions nominales;
- la valeur nominale d'une caractéristique.

2.2 Description des appareils de mesure des crêtes de modulation

Cette partie de la norme couvre les appareils de mesure des crêtes de modulation dérivés de ceux développés pour la radiodiffusion en Allemagne et en Scandinavie (type I) et au Royaume-Uni et dans d'autres pays (type II). Ils sont utilisés pour les besoins de la radiodiffusion aussi bien dans les studios de prise de son qu'aux différents points de contrôle des voies de transmission, et sont normalisés par l'UER pour les échanges de programmes entre pays membres. On trouve fréquemment aujourd'hui des appareils de mesure des crêtes de modulation de conception plus simple dans les appareils audio secondaires et dans ceux destinés au grand public.

Les appareils de mesure des crêtes de modulation sont conçus pour la mesure directe du niveau quasi-crête des signaux électriques se produisant lors de la transmission de la musique ou de la parole, sans variation de la sensibilité du dispositif, afin d'obtenir une utilisation technique optimale de

SECTION 2 - CONDITIONS FOR SPECIFICATION AND MEASUREMENT

2.1 Conditions

2.1.1 *General conditions*

Reference shall be made to IEC 268-1 concerning:

- units and system of measurement;
- frequencies of measurement;
- quantities to be specified and their accuracy;
- marking and symbols for marking;
- filters, networks and measuring instruments for noise specification and measurement;
- ambient conditions;
- individual specifications and type specifications;
- graphical presentation;
- method of producing a uniform alternating magnetic field;
- search coil for measuring the magnetic field strength;
- scales for graphical presentation;
- for safety requirements, reference shall be made to IEC 65 or other IEC safety standards.

2.1.2 *Rated conditions and standard test conditions*

Reference should be made to IEC 268-2 and IEC 268-3 concerning:

- rated values;
- rated conditions;
- rated value of a characteristic.

2.2 Description of peak programme level meters

This part of the standard covers peak programme level meters based on instruments developed for broadcasting in Germany and Scandinavia (type I) and in the United Kingdom and other countries (type II). They are used by the broadcasting authorities both in studios and at transmission control points and by the EBU for exchanges of programmes between the member countries. It is now common to find peak programme level meters of simple realization in secondary and consumer audio equipment.

The peak programme meter is designed for directly measuring the quasi-peak level of complex electrical signals occurring in the transmission of music or speech, without varying the sensitivity of the device, to achieve an optimum technical utilization of the transmission channel or of

la voie de transmission ou du support d'enregistrement. A cet effet, on utilise un redresseur double alternance et le temps d'intégration est choisi de façon à obtenir une amplitude aussi grande que possible sans surcharger la chaîne de transmission pendant une période assez longue pour donner naissance à une distorsion de non-linéarité audible du signal. Le temps de retour est relativement long afin d'éviter une fatigue inutile de l'opérateur.

Comme il existe différents types d'appareils de mesure de crête de modulation, les caractéristiques dynamiques ne peuvent pas toujours être spécifiées par un simple chiffre.

Les appareils de mesure de crête de modulation sont composés normalement de deux parties distinctes:

- la partie électronique comprenant généralement un amplificateur, un redresseur, un intégrateur et différents composants destinés à fournir une relation approximativement logarithmique entre la (quasi) crête de la force électromotrice de source et l'indication résultante de l'instrument auquel elle est reliée;
- l'appareil indicateur, qui peut être à bobine mobile ou un afficheur par incrémentation.

Les différences essentielles entre les appareils de type I et ceux de type II sont les suivantes:

- a) l'échelle des appareils de type I couvre au moins la gamme de -40 dB à +3 dB;
- b) l'échelle des appareils de type IIa couvre la gamme de -20 dB à +4 dB par rapport à l'indication de référence (-21 dB à +3 dB pour les appareils de type IIb). Ces appareils sont généralement observés à faible distance. Compte tenu de la grande résolution obtenue, il est souhaitable, pour assurer la cohérence des observations faites par les divers opérateurs, de normaliser la présentation et les dimensions de l'échelle des graduations et de l'aiguille (voir annexe A);
- c) les appareils de type I ont un temps d'intégration nominal de 5 ms, alors que les appareils de type II ont un temps d'intégration de 10 ms.

SECTION 3 - CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE MESURE DES CRETES DE MODULATION

Caractéristiques à spécifier et méthodes de mesure correspondantes

3.1 Indication de référence

3.1.1 *Caractéristique à spécifier*

Indication correspondant au niveau maximal de modulation permanente (Recommandation 661 de la CMTT) du circuit auquel est connecté l'appareil de mesure.

NOTE - L'indication de référence n'est pas obligatoirement associée à un niveau de modulation de nature particulière.

the recording medium. For this purpose, a full-wave rectifier is used and the integration time is chosen so as to obtain an amplitude as high as possible without overloading the transmission link for a period long enough to give rise to audible non-linear distortion of the programme. The return time is relatively long in order to avoid unnecessary fatigue of the observer.

As there are different kinds of peak programme meters, the dynamic characteristics cannot always be specified by a single figure.

Peak programme meters normally consist of two different parts:

- the electronic unit, normally containing an amplifier, a rectifier, an integrating circuit and means for obtaining an approximately logarithmic relation between the (quasi-) peak of the source e.m.f. and the resulting indication of the instrument connected to it;
- the indicating device, which may be a moving coil type or an incremental display.

The significant differences between type I and type II are as follows:

- a) the scale of type I covers at least a range from -40 dB to +3 dB;
- b) the type IIa instrument has a scale range of -20 dB to +4 dB with respect to the reference indication (-21 dB to +3 dB for the type IIb instrument) and is normally viewed at close range. To ensure that consistent observations are made by all operators, taking into account the large resolution obtained, it is desirable to standardize the layout and dimensions of the scale and pointer (see annex A);
- c) the type I instrument has a nominal integration time of 5 ms, whereas that of the type II is 10 ms.

SECTION 3 - CHARACTERISTICS OF PEAK PROGRAMME LEVEL METERS

Characteristics to be specified and relevant methods of measurement

3.1 Reference indication

3.1.1 *Characteristic to be specified*

The indication corresponding to the permitted maximum signal level (CMTT Recommendation 661) on the circuit to which the meter is connected.

NOTE - The reference indication is not inherently associated with any particular programme level.

3.2 Tension d'entrée de référence et niveau d'entrée de référence

3.2.1 Caractéristiques à spécifier

- a) valeur efficace d'un signal sinusoïdal constant de fréquence 1 000 Hz donnant l'indication de référence;
- b) niveau de la tension de référence, en décibels par rapport à une référence spécifiée, de préférence 0,775 V.

3.3 Graduation de l'échelle

3.3.1 Caractéristique à spécifier

Relation entre le niveau d'entrée et l'indication donnée par l'appareil de mesure. Sauf spécification contraire, cette indication doit se rapporter à un signal sinusoïdal d'essai à 1 000 Hz.

3.4 Réponse amplitude-fréquence

3.4.1 Caractéristique à spécifier

Différence, exprimée en décibels, entre le niveau indiqué et le niveau d'entrée en fonction de la fréquence, en prenant comme référence la valeur à une fréquence spécifiée, de préférence 1 000 Hz. Sauf spécification contraire, la réponse amplitude-fréquence est donnée pour l'indication de référence.

3.5 Réponse dynamique

3.5.1 Caractéristique à spécifier

Relation entre la durée d'une salve de signal sinusoïdal de fréquence 5 kHz, qui donnerait l'indication de référence s'il était appliqué de façon permanente, et l'indication correspondante.

3.5.2 Méthode de mesure

L'amplificateur de l'appareil de mesure des crêtes de modulation est relié comme pour les conditions nominales.

On règle la valeur de la force électromotrice d'une source sinusoïdale à 5 kHz afin d'obtenir l'indication de référence. La force électromotrice permanente de la source est remplacée par des salves de signaux de même forme, de même fréquence et de même amplitude et de durée réglable. On note l'indication maximale pour chacune des différentes valeurs de durée de la salve; cette durée est mesurée au moyen d'un compteur approprié ou d'un oscilloscope. L'intervalle entre deux salves de signaux doit être suffisamment long et le niveau de bruit doit être suffisamment faible pour permettre à l'appareil de mesure de retourner à la position zéro entre les salves. Celles-ci doivent commencer et se terminer au passage à zéro du signal sinusoïdal.

3.2 Reference input voltage and reference input level

3.2.1 *Characteristics to be specified*

- a) the r.m.s. value of a steady-state sinusoidal signal of 1 000 Hz, which results in reference indication;
- b) the level of the reference voltage, in decibels referred to a stated reference, preferably 0,775 V.

3.3 Division of the scale

3.3.1 *Characteristic to be specified*

The relation between input level and the indication of the meter. Unless otherwise specified, this shall refer to a sinusoidal test signal of 1 000 Hz.

3.4 Amplitude-frequency response

3.4.1 *Characteristic to be specified*

The difference, expressed in decibels, between the indicated level and the input level as a function of frequency, referred to the value at a specified frequency, of preferably 1 000 Hz. Unless otherwise stated, the amplitude-frequency response is referred to reference indication.

3.5 Dynamic response

3.5.1 *Characteristic to be specified*

The relation between the duration of a burst of sinusoidal signal of 5 kHz, resulting in reference indication if applied continuously, and the corresponding indication.

3.5.2 *Method of measurement*

The amplifier of the programme level meter is connected as for the rated conditions.

The amplitude of a sinusoidal source e.m.f. of 5 kHz is adjusted so as to give reference indication. The steady-state source e.m.f. is replaced by tone bursts of the same waveform, frequency and amplitude, and of variable duration. The maximum indication is noted for each of several values of tone-burst duration, which may be measured by means of a suitable counter or oscilloscope. The interval between the tone bursts shall be long enough and the noise level low enough to allow the meter to reach its zero signal condition between bursts. The bursts shall start and end at zero crossing.

3.6 Réponse à une impulsion

3.6.1 *Caractéristique à spécifier*

Relation entre la durée d'une impulsion en tension rectangulaire isolée et d'amplitude constante et l'indication correspondante de l'appareil.

NOTE - Cette mesure a pour but de révéler d'éventuelles résonances parasites qui, existant dans l'appareil, pourraient être la cause d'indications erronées pour certains types de formes d'ondes du signal de modulation.

3.7 Linéarité dynamique dans le domaine de mesure

3.7.1 *Caractéristique à spécifier*

Relation entre les amplitudes de signaux constitués par des salves de sinusoïdes de durée constante et l'indication correspondante de l'appareil.

NOTE - Cet essai a pour but de révéler une non-linéarité importante de la réponse aux salves qui provoquerait, lorsque le signal de modulation a un niveau faible, des indications différentes sur des appareils qui, bien qu'ayant des temps d'intégration identiques, sont de conceptions différentes.

3.8 Réponse dynamique en dessous du point d'étalonnage minimal

3.8.1 *Caractéristique à spécifier*

Réponse de l'appareil à des salves isolées de signaux sinusoïdaux de niveau inférieur de 30 dB à la tension d'entrée de référence.

3.9 Temps de réponse

3.9.1 *Caractéristique à spécifier*

Intervalle de temps qui s'écoule entre l'application de la tension d'entrée de référence et le moment où l'aiguille (ou autre indicateur) franchit le point situé à 1 dB en dessous de l'indication de référence.

3.10 Temps d'intégration

3.10.1 *Caractéristique à spécifier*

Durée d'une salve de signal sinusoïdal à 5 kHz au niveau de référence correspondant à une indication inférieure de 2 dB à l'indication de référence.

NOTE - Cette définition est conforme à celle de la Recommandation J.15 du CCITT et du Rapport 292-6 du CCIR.

3.6 Pulse response

3.6.1 *Characteristic to be specified*

The relation between the duration of an isolated rectangular voltage pulse at constant amplitude and the corresponding indication.

NOTE - This test is designed to reveal spurious resonance conditions which, if present in the instrument, would cause erroneous readings on some types of programme waveform.

3.7 Dynamic linearity within scale range

3.7.1 *Characteristic to be specified*

The relation between the amplitudes of successive tone bursts having a constant duration and the corresponding indications.

NOTE - This test is designed to reveal significant non-linearity of the response to tone bursts which would cause the low-level programme to read differently on various designs of instruments having the same value of integration time.

3.8 Dynamic response below minimum calibration point

3.8.1 *Characteristic to be specified*

The response of the instrument to the application of isolated tone bursts at a level 30 dB below reference input voltage.

3.9 Delay time

3.9.1 *Characteristic to be specified*

The time interval between the application of the reference input voltage and the moment when the pointer (or other indicator) passes a point 1 dB below the reference indication.

3.10 Integration time

3.10.1 *Characteristic to be specified*

The duration of a burst of sinusoidal signal of 5 kHz at reference level, which results in an indication 2 dB below reference indication.

NOTE - This definition is in agreement with that of the CCITT Recommendation J.15 and CCIR Report 292-6.

3.11 Dépassement

3.11.1 *Caractéristique à spécifier*

Accroissement transitoire de l'indication après l'application d'un signal d'entrée à 1 000 Hz correspondant à l'indication de référence.

3.11.2 *Méthode de mesure*

L'amplificateur de l'appareil de mesure des crêtes de modulation est relié comme pour les conditions nominales.

On applique un signal sinusoïdal à 1 000 Hz dont la valeur de la force électromotrice de source est réglée pour obtenir l'indication de référence. On note l'accroissement transitoire maximal de l'indication.

3.12 Temps de retour

3.12.1 *Caractéristique à spécifier*

Intervalle de temps qui s'écoule entre l'instant où l'on supprime un signal d'entrée permanent (correspondant à l'indication de référence, sauf spécification contraire) et l'instant où l'indication franchit un point spécifié du bas de l'échelle.

NOTE - Si l'appareil de mesure est pourvu d'un dispositif spécial permettant un temps de maintien, celui-ci est considéré comme étant inclus dans le temps de retour. Il convient que le temps de maintien soit spécifié par le constructeur.

3.13 Erreur de réversibilité

3.13.1 *Caractéristique à spécifier*

Différence d'indication de niveau qui apparaît lorsqu'on inverse la polarité d'un signal dissymétrique spécifié.

3.13.2 *Méthode de mesure*

L'amplificateur de l'appareil de mesure des crêtes de modulation est relié comme pour les conditions nominales.

On applique un signal sinusoïdal dont la valeur de la force électromotrice de source est réglée pour obtenir l'indication de référence.

Le signal d'entrée est écrêté de façon dissymétrique de telle sorte que les crêtes des demi-alternances d'une polarité soient réduites à 25 % de leur valeur originale.

On applique ce signal à l'appareil et on note l'indication. On inverse ensuite la polarité du signal dissymétrique et on note la nouvelle indication.

La différence entre les deux indications de niveau est l'erreur de réversibilité.

3.11 Overswing

3.11.1 *Characteristic to be specified*

The transient excess of the indication after a 1 000 Hz input signal, which would result in reference indication, has been applied.

3.11.2 *Method of measurement*

The amplifier of the peak programme level meter is connected as for rated conditions.

A sinusoidal source e.m.f. of 1 000 Hz, adjusted to give reference indication, is applied. The maximum of the transient excess of the indication is observed.

3.12 Return time

3.12.1 *Characteristic to be specified*

The time interval between the removal of a steady-state input signal (corresponding to reference indication, unless otherwise specified) and the moment when the indication passes a specified lower point of the scale.

NOTE - If the meter is provided with a special device for obtaining a holding time, this holding time is considered to be included in the return time. The holding time should be stated by the manufacturer.

3.13 Reversibility error

3.13.1 *Characteristic to be specified*

The difference in level indication when reversing the polarity of a specified asymmetrical signal.

3.13.2 *Method of measurement*

The amplifier of the peak programme level meter is connected as for rated conditions.

The amplitude of a sinusoidal source e.m.f. is adjusted to give reference indication.

The input signal is asymmetrically clipped so that the peaks of the half waves of one polarity are reduced to 25 % of their original value.

This signal is then applied to the meter, and the reading is noted. The polarity of the asymmetrical signal is then inverted, and the new reading is noted.

The level difference between the two readings is the reversibility error.

3.14 Impédance d'entrée

3.14.1 Caractéristique à spécifier

- a) impédance de l'appareil de mesure des crêtes de modulation, mesurée entre les bornes d'entrée, à 1 kHz, au niveau d'entrée de référence;
- b) impédance de l'appareil de mesure des crêtes de modulation, mesurée entre les bornes d'entrée, pour l'indication de référence, en fonction de la fréquence, dans la gamme de fréquences spécifiée, sauf spécification contraire.

NOTE - Si l'impédance d'entrée varie de façon significative avec le niveau et/ou la fréquence du signal d'entrée, il convient que sa valeur la plus faible, dans la gamme de fréquences spécifiés, soit, de plus, indiquée par le constructeur.

3.15 Distorsion introduite par l'appareil de mesure des crêtes de modulation

3.15.1 Caractéristique à spécifier

Distorsion harmonique totale introduite par l'appareil de mesure dans un circuit d'impédance spécifiée auquel il est relié.

3.16 Gamme de températures

3.16.1 Caractéristique à spécifier

Gamme de températures ambiantes dans les limites de laquelle l'indication (correspondant à la tension de référence, sauf spécification contraire) ne dépasse pas des valeurs spécifiées.

3.17 Caractéristique de surcharge

3.17.1 Caractéristique à spécifier

Réponse de l'appareil à une salve isolée de 1,5 ms, ayant un niveau supérieur de 10 dB à la tension de référence.

NOTE - Cet essai a pour but de s'assurer que la capacité de surcharge de l'appareil est suffisante pour que l'indication correspondant à des signaux de programme de toutes sortes soit correcte.

3.18 Niveau d'entrée maximal

3.18.1 Caractéristique à spécifier

Niveau maximal d'un signal d'entrée sinusoïdal que l'appareil de mesure est capable de supporter pendant une durée spécifiée sans dommage ou effet sur son étalonnage.

3.14 Input impedance

3.14.1 *Characteristics to be specified*

- a) the impedance of the peak programme meter, measured between the input terminals, at 1 kHz, at reference input level;
- b) the impedance of the peak programme level meter, measured between the input terminals at reference indication, as a function of frequency, within the specified frequency range unless otherwise stated.

NOTE - If the value of the input impedance varies significantly with change in input voltage and/or frequency, the lowest value occurring within the specified frequency range should, additionally, be stated by the manufacturer.

3.15 Distortion introduced by the peak programme level meter

3.15.1 *Characteristic to be specified*

The total harmonic distortion introduced by the meter into a circuit of a specified impedance to which the meter is connected.

3.16 Temperature range

3.16.1 *Characteristic to be specified*

The ambient temperature range within which the indication (corresponding to the reference voltage, unless otherwise stated) does not change by more than the specified amounts.

3.17 Overload characteristic

3.17.1 *Characteristic to be specified*

The response of the instrument to isolated 1,5 ms tone bursts at a level of 10 dB above reference voltage.

NOTE - This test is designed to ensure that the overload margin is adequate to correctly indicate programme material of all types.

3.18 Maximum input level

3.18.1 *Characteristic to be specified*

The maximum input level of a sinusoidal signal which the programme level meter is capable of withstanding for a specified time interval without damage or effect on the calibration.

3.19 Gamme de tensions d'alimentation

3.19.1 *Caractéristique à spécifier*

Gamme de tensions dans les limites de laquelle les indications correspondant aux tensions d'entrée, dans une gamme spécifiée ne dépassent pas des valeurs spécifiées.

NOTE - Cette caractéristique s'applique uniquement aux appareils de mesure des crêtes de modulation équipés d'amplificateurs.

SECTION 4 - APPAREILS DE MESURE DES CRETES DE MODULATION DE TYPE I

4.1 Indication de référence

4.1.1 *Caractéristique à spécifier*

Voir article 3.1.

4.1.2 *Exigence*

Il convient généralement que cette indication soit marquée 0 sur l'échelle graduée en décibels. Elle peut, de plus, être marquée 100 sur l'échelle graduée en pourcentage.

4.2 Tension d'entrée de référence et niveau d'entrée de référence

4.2.1 *Caractéristique à spécifier*

Voir article 3.2.

4.2.2 *Exigence*

Sauf spécification contraire, la tension de référence doit être de 1,55 V (+6 dB (0,775 V)).

4.3 Graduation de l'échelle

4.3.1 *Caractéristique à spécifier*

Voir article 3.3.

4.3.2 *Exigence*

La graduation de l'échelle doit être approximativement linéaire et étalonnée en décibels. Il convient que l'échelle couvre de préférence, et au minimum, la gamme comprise entre -40 dB et +3 dB.

NOTE - Pour certains usages, par exemple le contrôle de surcharge d'une ligne et pour des appareils portatifs, on peut utiliser des appareils de mesure ayant une plage d'indication moins étendue.

3.19 Supply voltage range

3.19.1 *Characteristic to be specified*

The supply voltage range within which the indications corresponding to input voltages over a specified range do not change by more than the specified amounts.

NOTE - This relates only to peak programme level meters containing amplifiers.

SECTION 4 - PEAK PROGRAMME LEVEL METERS, TYPE I

4.1 Reference indication

4.1.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.1.

4.1.2 *Performance requirement*

This indication should normally be marked 0 on the decibel scale and may additionally be marked 100 on a percentage scale.

4.2 Reference input voltage and reference input level

4.2.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.2.

4.2.2 *Performance requirement*

Unless otherwise specified, the reference voltage shall be 1,55 V (+6 dB (0,775 V)).

4.3 Division of the scale

4.3.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.3.

4.3.2 *Performance requirement*

The division of the scale shall be approximately linear and calibrated in decibels. The scale should preferably cover at least the range from -40 dB to +3 dB.

NOTE - For certain purposes, for example line overloading control and portable use, meters with a smaller range of indication may be used.

4.4 Réponse amplitude-fréquence

4.4.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.4.

4.4.2 Exigence

Dans la gamme utile de fréquences, de 31,5 Hz au moins à 16 kHz, les écarts par rapport à une courbe de réponse plate idéale doivent être inférieurs à ± 1 dB. En dehors de la gamme de fréquences spécifiée, la réponse doit décroître lentement. A 40 kHz il convient que l'indication soit au moins de 15 dB inférieure à l'indication à 1 000 Hz.

NOTE - La gamme de fréquences des appareils de mesure des crêtes de modulation doit, dans tous les cas, être supérieure à celle du signal de programme appliqué.

4.5 Réponse dynamique

4.5.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.5.

4.5.2 Exigence

La réponse dynamique doit être conforme aux relations suivantes entre la durée des salves et l'indication de l'appareil.

Tableau 1 - Réponse dynamique

Durée des salves ms	Indication dB	Tolérance dB
10	-1	$\pm 0,5$
5(CCITT)	-2	± 1
3	-4	± 1
0,4	-15	± 4

4.6 Temps d'intégration

4.6.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.10.

4.6.2 Exigence

Le temps d'intégration doit être de 5 ms.

4.4 Amplitude-frequency response

4.4.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.4.

4.4.2 *Performance requirement*

Within the effective frequency range, from at least 31,5 Hz to 16 kHz the deviations from the ideal "flat" response shall be less than ± 1 dB. Outside the specified frequency range, the response shall decrease smoothly. At 40 kHz, the indication should fall to at least 15 dB below the indication at 1 000 Hz.

NOTE - The frequency range of the peak programme level meter shall in any case exceed the frequency range of the applied programme material.

4.5 Dynamic response

4.5.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.5.

4.5.2 *Performance requirement*

The dynamic response shall be in accordance with the following relations between burst durations and indications.

Table 1 - Dynamic response

Burst duration ms	Indication dB	Tolerance dB
10	-1	$\pm 0,5$
5(CCITT)	-2	± 1
3	-4	± 1
0,4	-15	± 4

4.6 Integration time

4.6.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.10.

4.6.2 *Performance requirement*

The integration time shall be 5 ms.

4.7 Dépassement

4.7.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.11.

4.7.2 Exigence

Le dépassement doit être inférieur ou égal à 1 dB.

4.8 Temps de retour

4.8.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.12.

4.8.2 Exigence

Le temps de retour doit être de $1,7 \text{ s} \pm 0,3 \text{ s}$ lorsque le point limite inférieur est situé à 20 dB en dessous de l'indication de référence. Il convient que la vitesse de retour (en décibels par seconde) soit approximativement constante. Pour les appareils de mesure destinés au contrôle des signaux dans les systèmes à plusieurs voies, la différence entre les temps de retour doit être inférieure à 0,1 s.

4.9 Erreur de réversibilité

4.9.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.13.

4.9.2 Exigence

La différence d'indication doit être inférieure ou égale à 1 dB.

4.10 Impédance d'entrée

4.10.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.14.

4.10.2 Exigence

L'impédance d'entrée doit être supérieure à 10 k Ω .

4.11 Distorsion introduite par l'appareil de mesure des crêtes de modulation

4.11.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.15.

4.7 Overswing

4.7.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.11.

4.7.2 *Performance requirement*

The overswing shall be not greater than 1 dB.

4.8 Return time

4.8.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.12.

4.8.2 *Performance requirement*

The return time shall be $1,7 \text{ s} \pm 0,3 \text{ s}$ when the lower point is 20 dB below the reference indication. The return speed (in decibels per second) should be approximately constant. On instruments intended for monitoring multichannel programmes, the difference in return time should be less than 0,1 s.

4.9 Reversibility error

4.9.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.13.

4.9.2 *Performance requirement*

The difference in indication shall be not greater than 1 dB.

4.10 Input impedance

4.10.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.14.

4.10.2 *Performance requirement*

The input impedance shall be higher than 10 k Ω .

4.11 Distortion introduced by the peak programme level meter

4.11.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.15.

4.11.2 Exigence

La distorsion harmonique totale introduite par l'appareil dans une source d'impédance 600 Ω doit être inférieure à 0,1%, même si l'alimentation de la partie électronique est coupée.

4.12 Gamme de températures

4.12.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.16.

4.12.2 Exigence

L'indication correspondant à la tension de référence ne doit pas varier avec la température de plus de 0,2 dB dans la gamme de températures comprise entre +10 °C et +50 °C, ni de plus de 0,5 dB entre 0 °C et +10 °C.

4.13 Caractéristique de surcharge

4.13.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.17.

4.13.2 Exigence

Lorsque l'amplitude de salves à 5 kHz isolées et d'une durée de 1,5 ms est augmentée de 10 dB, la variation d'indication de l'appareil doit être comprise entre +5 dB et +10 dB. L'amplitude initiale des salves doit être telle qu'un signal permanent de même amplitude produise l'indication de référence.

4.14 Niveau d'entrée maximal

4.14.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.18.

4.14.2 Exigence

Le niveau d'entrée maximal doit être au minimum de 20 dB supérieur à la tension de référence, pour une durée illimitée.

4.15 Gamme de tensions d'alimentation

4.15.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.19.

4.15.2 Exigence

Pour des niveaux d'entrée compris entre la tension de référence et une tension de 10 dB inférieure à celle-ci, les indications correspondantes ne doivent pas varier de plus de 0,5 dB lorsque la tension d'alimentation est comprise entre -20 % et +10 % de sa valeur nominale.

4.11.2 *Performance requirement*

The total harmonic distortion introduced by the meter into a source of 600 Ω impedance shall be less than 0,1 %, even if the supply voltage to the electronic unit is switched off.

4.12 **Temperature range**

4.12.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.16.

4.12.2 *Performance requirement*

The indication corresponding to the reference voltage shall not change with temperature by more than 0,2 dB in the temperature range between +10 °C and +50 °C, and by more than 0,5 dB between 0 °C and +10 °C.

4.13 **Overload characteristic**

4.13.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.17.

4.13.2 *Performance requirement*

When the amplitude of isolated 5 kHz bursts of 1,5 ms duration is increased by 10 dB, the resulting increase in reading shall be not less than +5 dB and not greater than +10 dB. The initial amplitudes of the burst shall be such that the continuous signal of the same amplitude produces reference indication.

4.14 **Maximum input level**

4.14.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.18.

4.14.2 *Performance requirement*

The maximum input level shall be at least 20 dB above reference voltage for an unlimited period of time.

4.15 **Supply voltage range**

4.15.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.19.

4.15.2 *Performance requirement*

For input levels between reference voltage and 10 dB below reference voltage, the corresponding indications shall not change by more than 0,5 dB with power supply voltages between -20 % and +10 % of the rated value.

SECTION 5 - APPAREILS DE MESURE DES CRETES DE MODULATION DE TYPE II

5.1 Généralités

L'appareil de type II peut être accessoirement utilisé pour des procédures d'alignement qui font intervenir plusieurs signaux sinusoïdaux d'amplitudes différentes, c'est-à-dire ayant des amplitudes autres que celle de la tension de référence. Ces opérations sont facilitées par la grande résolution obtenue grâce à la dynamique relativement faible de l'échelle et à l'application de tolérances sévères non seulement pour l'indication de référence, mais aussi pour la plupart des graduations.

L'utilisation d'une faible dynamique de l'échelle et d'un simple appareil à cadre mobile favorise l'élaboration d'appareils peu coûteux mettant en oeuvre divers types de circuits. Il est donc nécessaire de prévoir des essais pour se prémunir contre des réponses incorrectes qui pourraient conduire à des divergences dans les résultats obtenus à partir d'appareils de conception différente.

Les appareils de types IIa et IIb ne diffèrent que par la graduation de l'échelle et par les indications portées sur le cadran. L'échelle du type IIb est particulière à l'UER; elle est conforme aux Recommandations du CCITT concernant les transmissions internationales de programmes sonores (Recommandation N.15). L'échelle de type IIa est utilisée dans tous les organismes de radiodiffusion du Royaume-Uni ainsi que dans de nombreux autres cas où on doit tirer le meilleur parti possible de la dynamique disponible.

Lorsqu'il est nécessaire de comparer par téléphone les indications données, pendant une transmission, par des appareils de mesure de crête placés en divers points du circuit, une possibilité supplémentaire peut être incorporée à l'appareil: elle est connue sous le nom de "mode d'opération lent" et elle est obtenue en insérant un réseau particulier entre la sortie de l'amplificateur de traitement et le dispositif de visualisation (voir annexe A). Cette possibilité n'est prévue que pour les appareils de type IIa utilisés pour superviser des circuits de transmission; elle est, par contre, un élément essentiel de tous les appareils de type IIb.

5.2 Indication de référence

5.2.1 *Caractéristique à spécifier*

Voir article 3.1.

5.2.2 *Exigence*

Type IIa: il convient de marquer cette indication "6".

Type IIb: il convient de marquer cette indication par la graduation correspondant au niveau +9 dB conformément à la Recommandation N.15 du CCITT.

5.3 Tension d'entrée de référence

5.3.1 *Caractéristique à spécifier*

Voir article 3.2.

SECTION 5 - PEAK PROGRAMME LEVEL METERS, TYPE II

5.1 General

The type II instrument is used incidentally for line-up procedures employing tones at several amplitudes other than reference voltage. This is facilitated by the large resolution obtained by virtue of the relatively short scale range and the application of tight tolerances not only at reference indication but over most of the scale.

The use of a short scale range and a simple moving-coil meter encourages the design of inexpensive instruments having a variety of circuit arrangements. It is therefore necessary to include tests which guard against spurious responses which could lead to discrepancies between the readings obtained from instruments of different design.

The type IIa and type IIb instruments differ only in respect of the scale divisions and marking. The type IIb scale is particular to the EBU and conforms to the CCITT Recommendation concerning international sound programme transmission (Recommendation N.15). The type IIa scale is used by all United Kingdom broadcasting authorities as well as in a variety of other sound control applications where the best possible use of the dynamic range must be made.

Where it is required to compare by telephone the reading of peak programme meters at various points along a programme circuit during the course of the transmission, an extra facility may be incorporated; this is known as the "slow mode of operation" and is obtained by inserting a network between the output of the processing amplifier and the display device (see annex A). This facility is only fitted to those type IIa instruments used for supervision of transmission circuits but is an essential part of all type IIb instruments.

5.2 Reference indication

5.2.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.1.

5.2.2 *Performance requirement*

Type IIa: this indication should be marked "6".

Type IIb: this indication should be marked with a graduation corresponding to +9 dB, in accordance with CCITT Recommendation N.15.

5.3 Reference input voltage

5.3.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.2.

5.3.2 *Exigence*

Type IIa: sauf spécification contraire, il convient que la tension de référence soit égale à 1,94 V.

Type IIb: sauf spécification contraire, il convient que la tension de référence soit égale à 2,18 V.

5.4 *Appareil indicateur*

5.4.1 *Division de l'échelle*

5.4.1.1 *Caractéristique à spécifier*

Voir article 3.3.

5.4.2 *Exigence*

L'échelle de l'appareil de type IIa doit être divisée en six parties approximativement égales, représentant chacune 4 dB et délimitées par des lignes numérotées de 1 à 7 tracées en blanc sur fond mat de couleur noire. La graduation "4" doit être située au milieu de l'échelle. L'échelle que l'on utilise de préférence est celle qui est représentée avec ses cotes sur la figure 1.

L'échelle de l'appareil de type IIb doit être divisée en douze parties approximativement égales, représentant chacune 2 dB et marquées en blanc sur fond mat de couleur noire. La forme générale de l'échelle ainsi que le système de marquage sont donnés à la figure 2. Les points principaux de l'échelle sont les points situés à 4 dB au-dessus et au-dessous de la graduation indiquant le niveau "test", laquelle se trouve au milieu de l'échelle. Un repère supplémentaire indique le point situé à 9 dB au-dessus du niveau "test". La longueur totale de l'échelle ne doit pas être inférieure à environ 8 cm.

Lorsqu'une aiguille rigide est utilisée, elle doit être de type parallèle, généralement de couleur blanche, et la moitié au moins de sa longueur doit être clairement visible pour n'importe quelle déviation.

5.4.3 *Appareil indicateur recommandé*

Pour faciliter l'interchangeabilité entre les amplificateurs et les appareils indicateurs, des détails sur l'appareil indicateur recommandé sont donnés dans l'annexe B (informative).

5.4.4 *Tolérances sur les étalonnages*

5.4.4.1 *Exigence*

Pour permettre à l'appareil complet d'être utilisable pour contrôler des signaux d'alignement ayant des niveaux autres que celui de référence, l'indication ne doit pas sortir des limites données au tableau 2 ci-dessous lorsqu'un signal sinusoïdal à 1 kHz, ayant un taux de distorsion inférieur à 1 %, est appliqué aux bornes d'entrée.

5.3.2 *Performance requirement*

Type IIa: if not otherwise specified, the reference voltage should be 1,94 V.

Type IIb: if not otherwise specified, the reference voltage should be 2,18 V.

5.4 *Indicating instrument*

5.4.1 *Division of the scale*

5.4.1.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.3.

5.4.2 *Performance requirement*

The scale of the type IIa instrument shall be divided into six approximately equal 4 dB divisions by numbered lines, marked in white on a matt black surface and numbered 1 to 7. The mark "4" shall be at the mid-scale position. A preferred scale layout with dimensions is given in figure 1.

The scale of the type IIb instrument shall be divided into twelve approximately equal 2 dB divisions marked in white on a matt black surface. The general form of the scale and the system of marking is given in figure 2. The principal scale markings are at the points at 4 dB intervals above and below the "test" level mark which is at the mid-scale position. There is an additional mark at the point 9 dB above "test" level. The total scale length shall be not less than approximately 8 cm.

Where a rigid pointer is used, this shall be of the parallel type, usually white in colour and having at least 50 % of its length clearly visible at any deflection.

5.4.3 *Preferred indicating instrument*

To facilitate interchangeability of amplifiers and indicating instruments, details of the preferred indicating instruments are given in annex B (informative).

5.4.4 *Calibration tolerances*

5.4.4.1 *Performance requirement*

To enable the complete instrument to be used for checking line-up tones at other than reference voltage, the indication shall be within the limits given in Table 2 below when a sinusoidal voltage at 1 kHz, having a distortion less than 1 % is applied to the input terminals.

Tableau 2 - Tolérances sur les étalonnages

Lecture sur l'appareil indicateur (en négligeant les effets de la température ou d'une variation de la tension d'alimentation)		Tension d'entrée relative (valeur efficace)
Type IIa	Type IIb	dB
Minimum	Minimum	-∞
1	-12	-12 ± 0,5
2	-8	-8 ± 0,3 (voir la note)
3	-4	-4 ± 0,3
4	Test	0
5	+4	+4 ± 0,3
6	+8	+8 ± 0,3 (voir la note)
7	+12	+12 ± 0,5
NOTE - Il est préférable que l'amplificateur ait des commandes telles que les tolérances sur les valeurs "minimales" -8, 0, +8 puissent être éliminées simultanément.		

5.5 Réponse amplitude-fréquence

5.5.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.4.

5.5.2 Exigence

Dans la gamme de fréquences spécifiée, les écarts par rapport à une réponse idéalement "horizontale" doivent être inférieurs à ±0,3 dB pour chaque graduation de l'échelle comprise entre "2" et "6" bornes incluses, dans le cas d'un appareil de type IIa, ou entre "-8" et "+8" bornes incluses, dans le cas d'un appareil de type IIb.

Au-delà de 16 kHz, cette réponse doit décroître régulièrement jusqu'à 100 kHz au moins, en prenant une valeur comprise entre 0 dB et -6 dB à 40 kHz. Au-dessous de 31,5 Hz, elle doit rester dans les limites de ±2 dB jusqu'à 12 Hz et décroître lentement en-dessous de cette fréquence.

5.6 Réponse dynamique

5.6.1 Caractéristique à spécifier

Voir 3.5.1.

5.6.2 Exigence

a) Réponse dynamique en mode normal

La réponse dynamique doit être conforme au tableau 3 suivant, qui exprime la relation entre la durée des salves de sinusoïdes et l'indication de l'appareil. Dans les deux cas la tension de référence est prise égale à 1,94 V en valeur efficace.

Table 2 - Calibration tolerances

Indicating instrument reading (neglecting drift due to temperature or supply voltage variation)		Relative input voltage (r.m.s)
Type IIa	Type IIb	dB
Minimum	Minimum	-∞
1	-12	-12 ± 0,5
2	-8	-8 ± 0,3 (see note)
3	-4	-4 ± 0,3
4	Test	0
5	+4	+4 ± 0,3
6	+8	+8 ± 0,3 (see note)
7	+12	+12 ± 0,5
NOTE - It is preferable that the amplifier controls are arranged so that the tolerances on the values "minimum", -8, 0 and +8, may be eliminated simultaneously.		

5.5 Amplitude-frequency response

5.5.1 Characteristic to be specified

See clause 3.4.

5.5.2 Performance requirement

Within the specified frequency range, the deviations from the ideal "flat" response shall be less than ±0,3 dB at each scale division between "2" and "6" inclusive, for the type IIa meter, or between "-8" and "+8" inclusive, for the type IIb meter.

Above 16 kHz, the response shall fall smoothly to at least 100 kHz and lie within the limits of 0 dB and -6 dB at 40 kHz. Below 31,5 Hz the response shall lie within ±2 dB down to 12 Hz and fall smoothly below this frequency.

5.6 Dynamic response

5.6.1 Characteristic to be specified

See 3.5.1.

5.6.2 Performance requirement

a) Dynamic response in normal mode

The dynamic response shall be in accordance with the following relations given in Table 3 between burst duration and indications, taking the reference voltage as 1,94 V r.m.s. in both cases.

Tableau 3 - Réponse dynamique en mode normal

Durée de la salve ms	Indication (type IIa)	Indication (type IIb)	Tolérance dB
100	6	+8	±0,5
10	5½	+6	±0,5
5	5	+4	±0,75
1,5	3½	-1	±1,0
0,5(voir la note)	1½	-9	±2,0
NOTE - Puisqu'une salve de tension sinusoïdale doit contenir au moins cinq périodes de la sinusoïde, une fréquence d'au moins 10 kHz est nécessaire pour effectuer cette mesure.			

b) Réponse dynamique en mode lent

La réponse dynamique doit être conforme au tableau 4 suivant, qui exprime les relations entre la durée des salves, la période de répétition de ces salves et l'indication de l'appareil. Dans les deux cas la tension de référence est prise égale à 1,94 V en valeur efficace.

Tableau 4 - Réponse dynamique en mode lent

Durée de la salve ms	Indication (type IIa)	Indication (type IIb)	Tolérance dB
5 000	6	+8	±0,5
10	3½	-3	±1
10 (période de répétition = 100 ms)	5½	+7	±0,5
NOTE - Les valeurs données ci-dessus s'appliquent à des appareils comportant le circuit d'intégration placé avant l'étage logarithmique. Des appareils plus anciens, conçus différemment, utilisent d'autres valeurs afin de donner les mêmes indications pour un signal de programme.			

5.7 Réponse à une impulsion (mode normal)

5.7.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.6.

Table 3 - Dynamic response in normal mode

Burst duration ms	Type IIa Indication	Type IIb Indication	Tolerance dB
100	6	+8	±0,5
10	5½	+6	±0,5
5	5	+4	±0,75
1,5	3¾	-1	±1,0
0,5 (see note)	1¾	-9	±2,0
NOTE - Since it is necessary for the tone burst to include a minimum of five cycles, a frequency of at least 10 kHz is required for this measurement.			

b) Dynamic response in slow mode

The dynamic response shall be in accordance with the following relations given in Table 4 below, between burst duration, burst repetition period and indications, taking the reference voltage as 1,94 V r.m.s. in both cases.

Table 4 - Dynamic response in slow mode

Burst duration ms	Type IIa Indication	Type IIb Indication	Tolerance dB
5 000	6	+8	±0,5
10	3¾	-3	±1
10 (repeated at 100 ms intervals)	5¾	+7	±0,5
NOTE - The above values apply to instruments having the logarithmic stage preceded by the integration circuit. Early instruments arranged differently use other values in order to give the same readings on programme signal.			

5.7 Pulse response (normal mode)

5.7.1 Characteristic to be specified

See clause 3.6.

5.7.2 *Exigence*

Des impulsions isolées de tension, de forme rectangulaire, de polarité unique et de durée environ égale à 1 ms sont appliquées aux bornes d'entrée de l'appareil. L'amplitude de ces impulsions est réglée de telle sorte que l'indication soit "4" si l'instrument est de type IIa, ou "test" s'il est de type IIb. Si l'on diminue alors progressivement la durée des impulsions jusqu'à une valeur inférieure à 50 μ s, l'indication doit, elle aussi, décroître progressivement; elle ne doit pas dépasser -10 dB par rapport à la graduation "4" (ou "test") lorsque la durée est égale à 100 μ s.

5.8 Linéarité dynamique dans le domaine de mesure (mode normal)

5.8.1 *Caractéristique à spécifier*

Voir article 3.7.

5.8.2 *Exigence*

Les salves de tensions sinusoïdales ont une durée constante de 10 ms et leur amplitude est initialement réglée pour obtenir l'indication de référence. Si l'on réduit progressivement cette amplitude, on doit constater une décroissance directement proportionnelle (à 1 dB près) de l'indication de l'appareil sur toute l'étendue de son échelle.

Pour observer avec précision la déviation de l'aiguille obtenue au cours de la mesure de la linéarité dynamique, il est nécessaire de substituer un signal sinusoïdal aux salves utilisées pour la mesure et d'ajuster son niveau dans chaque cas afin d'obtenir des déviations identiques de l'aiguille.

5.9 Réponse dynamique au-dessous du point d'étalonnage minimal (mode normal)

5.9.1 *Caractéristique à spécifier*

Voir article 3.8.

5.9.2 *Exigence*

Des salves (à 5 kHz) isolées, d'une durée de 10 ms, ayant un niveau de 30 dB inférieur à la tension de référence, doivent provoquer un mouvement de l'aiguille perceptible, par exemple une déviation d'environ 1 mm à son extrémité.

5.10 Temps de réponse (mode normal)

5.10.1 *Caractéristique à spécifier*

Voir article 3.9.

5.10.2 *Exigence*

Le temps de réponse doit être compris entre 75 ms et 150 ms.

5.7.2 *Performance requirement*

Isolated unidirectional rectangular voltage pulses with a duration of about 1 ms are applied to the input terminals and the pulse amplitude adjusted to give an indicated reading to "4" on the type IIa meter, or "test" on the type IIb meter. When the pulse duration is progressively shortened to less than 50 μ s, the indicated readings shall also progressively decrease. The indicated reading for a pulse duration of 100 μ s shall be not greater than -10 dB relative to "4" (or "test").

5.8 Dynamic linearity within scale range (normal mode)

5.8.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.7.

5.8.2 *Performance requirement*

When the amplitude of successive tone bursts, having a constant duration of 10 ms (the amplitude of the initial burst having been adjusted to give reference indication) are reduced progressively, the indications shall decrease by directly proportional amounts (within 1 dB) over the scale range of the instrument.

For accurate measurement of the deflections observed in the dynamic linearity test, it is necessary to substitute continuous tone, in each case adjusting the level until the same pointer deflection is observed.

5.9 Dynamic response below minimum calibration point (normal mode)

5.9.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.8.

5.9.2 *Performance requirement*

Isolated 10 ms tone bursts (of 5 kHz) at a level of 30 dB below reference voltage shall cause perceptible movements of the pointer, for example approximately 1 mm deflection at the tip of the pointer.

5.10 Delay time (normal mode)

5.10.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.9.

5.10.2 *Performance requirement*

The delay time shall be not greater than 150 ms nor less than 75 ms.

Il est reconnu qu'un temps de réponse trop court n'est pas souhaitable car il peut entraîner des problèmes significatifs de fatigue pour la vue, par exemple avec les afficheurs à cristaux liquides. En conséquence, une limite inférieure de 75 ms est recommandée pour tenir compte des afficheurs électroniques, sans que cette limite affecte les indicateurs électromécaniques classiques.

5.11 Temps d'intégration

5.11.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.10.

5.11.2 Exigence

En mode normal, le temps d'intégration doit être égal à 10 ms.

5.12 Dépassement

5.12.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.11.

5.12.2 Exigence

Le dépassement doit être inférieur ou égal à 0,5 dB.

5.13 Temps de retour

5.13.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.12.

5.13.2 Exigence

En mode normal, le temps pris par l'aiguille pour revenir de la graduation "7" à la graduation "1" (type IIa), ou de la graduation "+12" à la graduation "-12" (type IIb) doit être égal à $2,8 \text{ s} \pm 0,3 \text{ s}$. Lorsque l'appareil fonctionne en mode lent, le temps de retour ainsi défini doit être égal à $3,8 \text{ s} \pm 0,5 \text{ s}$.

Il convient que la vitesse de retour (exprimée en décibels par seconde) soit approximativement constante.

Pour les appareils de mesure destinés au contrôle des signaux dans les systèmes à plusieurs voies, la différence entre les temps de retour doit être inférieure à 0,1 s.

5.14 Erreur de réversibilité

5.14.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.13.

It is recognized that too short a delay time is undesirable, as this can lead to significant eye-fatigue problems with, for example, LCD displays. A lower limit of 75 ms is, therefore, advisable to cover electronic displays, but this does not affect conventional electromechanical indicators.

5.11 Integration time

5.11.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.10.

5.11.2 *Performance requirement*

The integration time in normal mode shall be 10 ms.

5.12 Overswing

5.12.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.11.

5.12.2 *Performance requirement*

The overswing shall be not greater than 0,5 dB.

5.13 Return time

5.13.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.12.

5.13.2 *Performance requirement*

In normal mode, the time taken for the pointer to return from mark "7" to mark "1" (type IIa) or from mark "+12" to mark "-12" (type IIb) shall be $2,8 \text{ s} \pm 0,3 \text{ s}$. When the instrument is operating in the slow mode, the return time defined in this way shall be $3,8 \text{ s} \pm 0,5 \text{ s}$.

The return speed (in decibels per second) should be approximately constant.

On instruments intended for monitoring multi-channel programmes, the difference in return time should be less than 0,1 s.

5.14 Reversibility error

5.14.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.13.

5.14.2 Exigence

L'erreur de réversibilité doit être inférieure ou égale à 0,5 dB.

5.15 Impédance d'entrée

5.15.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.14.

5.15.2 Exigence

L'impédance d'entrée doit être supérieure à 10 k Ω .

5.16 Distorsion introduite par l'appareil de mesure des crêtes de modulation

5.16.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.15.

5.16.2 Exigence

La distorsion harmonique totale introduite par l'appareil dans une source d'impédance 600 Ω doit être inférieure à 0,1 %, même si l'alimentation de la partie électronique est coupée.

5.17 Gamme de températures

5.17.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.16.

5.17.2 Exigences

La dérive des valeurs affichées en présence d'une variation de température ambiante de +10 °C à +50 °C ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Tableau 5 - Dérive des valeurs affichées

Echelle type IIa	Minimum	2	4	6
Echelle type IIb	(pas de repère)	-8	Test	+8
Dérive	3,75 % de l'étendue de l'échelle	$\pm 1,3$ dB	$\pm 0,5$ dB	$\pm 0,2$ dB

La correction de la dérive "nulle", effectuée électriquement, doit apporter une réduction des erreurs d'étalonnage.

5.14.2 *Performance requirement*

The reversibility error shall be not greater than 0,5 dB.

5.15 **Input impedance**

5.15.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.14.

5.15.2 *Performance requirement*

The input impedance shall be higher than 10 k Ω .

5.16 **Distortion introduced by the peak programme level meter**

5.16.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.15.

5.16.2 *Performance requirement*

The total harmonic distortion introduced by the meter into a source of 600 Ω impedance shall be less than 0,1 % even if the supply voltage to the electronic unit is switched off.

5.17 **Temperature range**

5.17.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.16.

5.17.2 *Performance requirement*

The drift in indicated readings with a change in ambient temperature from +10 °C to +50 °C shall not exceed the following:

Table 5 - Drift in indicated readings

Type IIa scale	Minimum	2	4	6
Type IIb scale	(No-signal mark)	-8	Test	+8
Drift	3,75 % of scale length	$\pm 1,3$ dB	$\pm 0,5$ dB	$\pm 0,2$ dB

Correction of "zero" drift, by electrical adjustment, shall result in a reduction of calibration errors.

5.18 Caractéristique de surcharge (mode normal)

5.18.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.17.

5.18.2 Exigence

Lorsque l'amplitude de salves isolées à 5 kHz et d'une durée de 1,5 ms, correspondant à la tension de référence, est augmentée de 10 dB, la variation d'indication de l'appareil doit être comprise entre +5 dB et +10 dB.

5.19 Niveau d'entrée maximal

5.19.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.18.

5.19.2 Exigence

Le niveau d'entrée maximal doit être au minimum de 20 dB supérieur à la tension de référence, pour une durée illimitée.

5.20 Gamme de tensions d'alimentation

5.20.1 Caractéristique à spécifier

Voir article 3.19.

5.20.2 Exigence

Pour des niveaux d'entrée compris entre la tension de référence et une tension de 10 dB inférieure à celle-ci, les indications correspondantes ne doivent pas varier de plus de 0,5 dB lorsque la tension d'alimentation est comprise entre -20 % et +10 % de sa valeur nominale.

SECTION 6 - APPAREILS DE MESURE DES CRETES DE MODULATION A AFFICHAGE PAR INCREMENTATION

6.1 Généralités

Un appareil de mesure des crêtes de modulation de type I ou de type II peut être équipé d'un dispositif indicateur à incrémentation à la place ou en supplément de l'indicateur à bobine mobile conventionnel. L'afficheur peut être constitué de petites lampes, de diodes électroluminescentes ou d'autres éléments discrets formant un réseau horizontal ou vertical.

Afin que ces appareils soient compatibles avec les équipements environnants et soient adaptés à une utilisation permanente de longue durée par des opérateurs sans effort ou fatigue pour la vue, on doit respecter toutes les exigences données dans cette section.

5.18 Overload characteristic (normal mode)

5.18.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.17.

5.18.2 *Performance requirement*

When the amplitude of isolated 5 kHz bursts of 1,5 ms duration, corresponding to reference voltage, is increased by +10 dB, the resulting increase in reading shall be not less than +5 dB and not greater than +10 dB.

5.19 Maximum input level

5.19.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.18.

5.19.2 *Performance requirement*

The maximum input level shall be at least 20 dB above reference voltage for an unlimited period of time.

5.20 Supply voltage range

5.20.1 *Characteristic to be specified*

See clause 3.19.

5.20.2 *Performance requirement*

For input levels between reference voltage and 10 dB below reference voltage, the corresponding indications shall not change with supply voltage by more than 0,5 dB with power supply voltages between -20 % and +10 % of the rated value.

SECTION 6 - PEAK PROGRAMME LEVEL METERS HAVING INCREMENTAL DISPLAY

6.1 General

A peak programme level meter of type I or type II may be equipped with an incremental indicating device in place of or in addition to a conventional moving-coil indicator. The display may consist of small lamps, light-emitting diodes (LEDs) or other discrete elements arranged in a horizontal or vertical array.

In order that such an instrument may be compatible with surrounding equipment and suitable for continuous use by operators for long periods without causing eye-strain or fatigue, the requirements covered in this section shall be met in all respects.

Les dispositifs indicateurs ayant une disposition similaire mais utilisant par exemple des tubes cathodiques pour donner un affichage continu plutôt que par incrémentation, doivent remplir les exigences relatives à la visibilité et au temps de montée.

6.2 Nombre d'éléments discrets par afficheur

Exigence

En général, il convient d'utiliser un nombre d'éléments aussi grand que possible pour éviter la fatigue des yeux de l'observateur. Afin d'obtenir une résolution suffisante, on doit utiliser un minimum de 100 éléments également espacés sur toute la longueur de l'échelle.

6.3 Résolution de l'afficheur

Exigence

Dans la gamme comprise entre +5 dB et -10 dB par rapport à l'indication de référence, la résolution doit être égale à, ou meilleure que, 0,5 dB.

6.4 Indication des niveaux

Exigence

Dans la gamme comprise entre +5 dB et -10 dB par rapport à l'indication de référence, l'élément discret correspondant à un repère particulier de l'échelle ne doit passer à l'état "en fonctionnement" que lorsque le niveau d'entrée à la fréquence de référence dépasse le niveau correspondant au repère de l'échelle. Donc à l'indication de référence, l'élément correspondant doit passer à l'état "en fonctionnement" lorsque le niveau d'entrée dépasse le niveau de référence. Les petites erreurs d'indication provoquées par l'influence de la température, les variations de tensions d'alimentation, la réponse en fréquence, etc. sont mesurées comme la différence entre le niveau de référence et le niveau nécessaire pour faire juste passer l'élément correspondant à son état "en fonctionnement".

NOTE - A l'extérieur de la gamme mentionnée ci-dessus, une spécification moins sévère peut être appliquée.

6.5 Caractéristiques optiques des afficheurs

6.5.1 *Contraste*

Exigence

Le contraste entre l'état "en fonctionnement" et l'état "hors fonctionnement" des éléments doit être supérieur à 20.

6.5.2 *Lisibilité*

Exigence

Dans des conditions d'éclairement ambiant compris entre 40 lx et 400 lx, l'affichage doit être lisible dans un angle de 90° et jusqu'à une distance de 1,5 m. L'intensité lumineuse émise ou réfléchiée par chaque élément doit être constante à 10 % près pour tous les éléments de l'afficheur en dessous de l'indication de référence.