

CEI 60601-1
(Troisième édition - 2005)

**Appareils électromédicaux –
Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base
et les performances essentielles**

CORRIGENDUM 1

Page 104

7.2.3 Consultation des documents d'accompagnement

Dans la deuxième phrase:

au lieu de:

« CEI 60878 Sécurité 01 »

lire:

« ISO 7010-M002 »

Page 136

8.2.2 Connexion à une source externe en courant continu

Dans la première phrase:

au lieu de:

« PERFORMANCES ESSENTIELLES »

lire :

« sa fonction prévue »

IEC 60601-1
(Third edition - 2005)

**Medical electrical equipment –
Part 1: General requirements for basic safety
and essential performance**

CORRIGENDUM 1

Page 105

7.2.3 Consult accompanying documents

In the second sentence:

instead of:

“IEC 60878 Safety 01”

read:

“ISO 7010-M002”

Page 137

8.2.2 Connection to an external d.c. power source

In the first sentence:

instead of:

“ESSENTIAL PERFORMANCE”

read:

“its intended function”

Page 640

Tableau D.2 – Signes de sécurité

Dans la 10^{ème} ligne, à la page 642:

au lieu de:

10		CEI 60878 Sécurité 01 ^b	Suivre les instructions de fonctionnement NOTE Sur LES APPAREILS EM "Suivre les instructions d'utilisation "
----	---	---------------------------------------	---

lire:

10		ISO 7010-M002	Se référer au manuel/brochure d'instruction NOTE Sur LES APPAREILS EM "Suivre les instructions d'utilisation"
----	--	---------------	--

Supprimer la note de bas de tableau ^b.